文章编号:1671-4814(2004)02-155-02

# 论贵金属首饰检测原始记录的规范性®

## 张慧剑

(江苏省南通质量技术监督金银珠宝饰品产品质量检验站,江苏南通 226000)

摘要:检测机构出具规范报告的重要性已讨论多年,并有相应标准出台,但作为编制检验报告依据的原始记录,业内反应不多,作者认为加强贵金属首饰检测原始记录的规范管理十分重要并提出了具体措施。

关键词:贵金属;首饰;检测;原始记录

中图分类号:P618.51

文献标识码:C

贵金属首饰的检验报告是专业首饰检验机构的产品,而原始记录则是专业首饰检验机构的重要基础资料,是编制检验报告的重要依据。因此,原始记录的质量是至关重要的。原始记录缺乏原始性、真实性,检验报告就失去了其可靠性、科学性,从而使专业首饰检验机构也失去了其公正性。重视原始记录的质量,应从规范原始记录抓起。

### 1 原始记录的设计

在检测贵金属首饰中,有人认为仪器检测后示值或计算机打印出来的数据即为原始记录,这种认识有些偏差,虽然这是检测最初的原始数据来源,但没有记录下来,就无法称之为原始记录。所以,我们首先要设计一份合理的、能完整详尽地体现检验过程中相关数据的原始记录单。

## 2 原始记录的填写

贵金属首饰检验的同时应同步填写原始记录,以保证其原始性。填写时,所有栏目要填写清楚,用语要规范,字迹要清晰,不能随意涂改。当数据记录有误,需要更改时,作废数据应划两条平行线,并将正确数据填写上方,在更改处加盖更改人个人印章或签上检验人员的姓名,更改率<3‰。

## 3 原始记录的数据处理

贵金属首饰检验原始数据(仪器示值或计算机打印的数据等)的有效位数应依据有关规

① 收稿日期:2004-03-10

定进行修定后填入原始记录单。对于不同的检验方法及不同的检验仪器,如要考虑其允许 误差或修正值的,要符合它的规定。数据填写时一律采用国家法定计量单位,相关数据的来 源及计算机打印的数据、图表、图片等应附在其后,不可丢失或遗漏。

## 4 原始记录的校核

检验结束后,校核人员应对原始记录进行校核,检查原始记录单填写是否正确、完整,数据处理是否有差错,结果判定是否确切等等,如有差错,应及时改正复查。确定无误后签上复核人的姓名,对其结果负责。贵金属首饰检验工作至少要二人同时进行,检验人员要如实填写原始记录表,校核人员应认真校核原始记录中的各项内容,这样才能对检查结果真正负责。不然,就有可能造成原始记录出错,使其失去可靠性,导致整个检验工作的失败。

#### 5 原始记录的归档

检验工作结束后,原始记录应交至资料保管员统一保管,不能随意放置。资料管理员要及时整理、装订、归档。为了便于整理、查找,原始记录要统一编号,其总编号最好与检验报告的编号一致。并与检验报告、抽样单(或复查单、委托检验单)一并装订,归档保存。原始记录一般不公开(只在本身受检时才在一定范围内公开),保留三年。

#### 6 结束语

贵金属首饰检验原始记录的规范,体现了专业检验机构的管理水平、检验人员的技术水平及素质,同时有利于检验报告的及时核查,也对首饰市场规范起一定的推动作用。因此,贵金属首饰检验原始记录的质量应引起专业检验机构每一个人员的高度重视,强化检验的质量意识,不断提高检验水平,才能出具一流的贵金属检验报告。